

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Egyetem ajánlatkérő az „**Adásvételi szerződések autoklávok és szárítószekrények beszerzésére**” tárgyú közbeszerzési eljárás során tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az alábbi kiegészítő tájékoztatás iránti kérések érkeztek, amelyre az alábbi

kiegészítő tájékoztatást

nyújtja.

A kérdések és tájékoztatások az I. rész, autokláv beszerzéshez kapcsolódnak.

1. Pontosan milyen anyagot/anyagokat szeretnének az autoklávban sterilizálni? Amennyiben az autoklávban poliuretán habokat szeretnének vizsgálni, tudnának bővebb információt adni az anyag szerkezetéről és méretéről? Van olyan eset, melynél a vákuum használata elengedhetetlen, álláspontunk szerint ha ez fennál, akkor a termék megfelelő használhatósága érdekében ez a műszaki leírásban is megjelölésre kellene kerüljön.

Kiegészítő tájékoztatás:

Ajánlatkérő poliuretán habok gyorsított öregítési vizsgálatainak elvégzéséhez kíván autoklávot beszerezni, amellyel min 50x50x25 mm, max. 100x100x50 mm méretű tárgyakat kíván vizsgálni. A vizsgálni kívánt tárgyak poliuretán habok lesznek, ezt ajánlatkérő nem kívánja tovább szűkíteni, csak szemléltetésként a habok szerkezete a háztartási mosogató szivacs, illetve egy ágymatracban használt habhoz hasonló. Vákuum biztosítása nem előírás.

2. Az autoklávval kizárólag a poliuretán öregbítését kívánják végezni? (nem szeretnének pl. folyadékokat sterilizálni).

Kiegészítő tájékoztatás: Lásd 1. válasz.

3. A minta milyen formában van?

Kiegészítő tájékoztatás: Lásd 1. válasz.

4. Szükséges-e, hogy az autokláv belső terében tiszta gőzfázis legyen?

Kiegészítő tájékoztatás: Az autokláv belső terében steril térre van szükség.

5. Szükség van-e a minta vákuumozására?

Kiegészítő tájékoztatás: nem előírás.

6. Szükséges-e megszáritani a mintát a hőkezelés végeztével?

Kiegészítő tájékoztatás: nem előírás.

7. Szükség lehet 150 °C-os maximális hőmérsékletre?

Kiegészítő tájékoztatás: A vonatkozó előírás: „hőmérséklet tartomány: maximális működési hőmérséklet legalább +130°C” Ajánlatkérő nem kíván ezen módosítani.

8. Szükséges-e a folyamat dokumentálása? Ha igen, milyen módon? pl. nyomtató, elektronikus tárolás memória-kártyára, majd ennek PC-n való kezelése.

Kiegészítő tájékoztatás: nem előírás.

9. Van-e a működtetés helyén ioncserélt víz (túlnyomással), és lágyított víz ugyancsak túlnyomással. Ha ezek nem állnak rendelkezésre, adjunk a vizek előállítására is ajánlatot?

Kiegészítő tájékoztatás: Ajánlatot az előírt műszaki tartalomra kell adni.

Miskolc, 2018. január 5.

Tisztelettel:

Miskolci Egyetem
ajánlatkérő képviseletében



Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00631