

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Egyetem ajánlatkérő az „**SAXS röntgen por diffraktométer beszerzése**” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelem alapján az alábbi

kiegészítő tájékoztatást

nyújtja:

1. Kérdés:

A szakmai ajánlat nyilatkozat mintájának „Magas hőmérsékletű mintakamra, a készülékkel teljesen kompatibilis kiépítésben” alpontja tartalmazza az alábbi kijelentést: Vákuumozható vagy védőgázzal telíthető mintatérrel. Ezzel kapcsolatban tudni szeretnénk, hogy arról van-e szó hogy a mintatérnek vákuumozhatónak kell lennie, vagy esetleg a vákuumszivattyút is tartalmaznia kell a rendszernek?

Válasz:

A megajánlott rendszernek tartalmaznia kell a vákuumszivattyút is, azt szállítani kell.

2. Kérdés:

Dokumentáció a SAXS röntgen por diffraktométer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz III. fejezet Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke 10. pont Szakmai ajánlat bekezdésére vonatkozóan az lenne a kérdésünk, hogy abban az esetben ha a nyilatkozat mintában szereplő szakmai ajánlatot használjuk, valóban nem szükséges további igazoló dokumentumok benyújtása, elégséges és érvényes a nyilatkozat minta?


Válasz:

Amennyiben a nyilatkozat mintában szereplő szakmai ajánlatot nyújtják be, megfelelően kitöltve, nem szükséges további igazoló dokumentumok benyújtása a szakmai ajánlat vonatkozásában.

Miskolc, 2018. április 10.

Tisztelettel:

a Miskolci Egyetem
ajánlatkérő képviselőjében



Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszám: 00631

Dr. Guba Zoltán
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
lajstromszáma: 00631