

Tisztelt Gazdasági Szereplők!

A Miskolci Egyetem ajánlatkérő az „SAXS röntgen por diffraktométer beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás során beérkezett kérelem alapján az alábbi

## 2. sz. kiegészítő tájékoztatást

nyújtja:

### **3. Kérdés:**

Dokumentáció a SAXS röntgen por diffraktométer beszerzése tárgyú közbeszerzési eljáráshoz V. fejezet Javasolt nyilatkozatminták Szakmai ajánlat nyilatkozatminta Mintartók alpontja tartalmazza az alábbi kijelentést:

A por betöltésére szolgáló mélyítés a 10 és 25 mm átmérő közötti tartományban.

A válasz lehetőségénél az Igen, teljesül után (... mm mélyítés) szerepel, ami véleményünk szerint nem helyes mert az állítás az átmérőre vonatkozik, és szakmailag is arra kellene vonatkozni.

Az lenne a kérdésünk, hogy helyes-e a megállapítás, az átmérőt kell-e megadnunk ebben a pontban?

### **Válasz:**

Igen.

A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő a Dokumentáció 35-39. oldalán kiadott „Szakmai ajánlat” mintát a jelen irathoz csatolt mellékletként az alábbiak szerint módosítja:

### **Mintatartók:**

Pormintákhoz kör alakú, forgatható mintatartók, min. 0,3 és max. 5 mm közötti tartományba eső mélyítéssel;	Igen, teljesül (... mm mélyítés)
A por betöltésére szolgáló mélyítés a 10 és 25 mm átmérő közötti tartományban	Igen, teljesül (... mm <b>átmérő</b> )
Transzmissziós mérésekhez kör alakú, forgatható mintatartók, melyek a porfelvétel és SAXS méréseket is lehetővé teszik	Igen, teljesül
XRR és SAXS mérésekhez mintatartó és asztal	Igen, teljesül
Kapilláris mintatartók: 3 fajtát kell szállítani, fajtánként minimum 10 darabot, a következő átmérőjű mintatartókból: 0,1; 0,5; 1 mm.	Igen, teljesül

A Kbt. 52. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt nem módosítja.

Miskolc, 2018. április 14.

Tisztelettel:

a Miskolci Egyetem  
ajánlatkérő képviselőjében



Dr. Guba Zoltán  
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
lajstromszám: 00631